

Thanh Hà, ngày 23 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua thiết bị y tế năm 2024 cho Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Nguyễn Thị Mai
 - Chức vụ: Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế
 - Điện thoại: 098 5599616
 - Email: kduocbvth@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua email theo địa chỉ trên, bản có dấu đỏ được gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà, 209 Trần Nhân Tông, thị trấn Thanh Hà, Hải Dương.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 03 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng
1	Đèn hồng ngoại	1. Cấu hình thiết bị: <ul style="list-style-type: none">- Thân đèn: 01 chiếc- Bóng đèn hồng ngoại: 01 chiếc- Bộ điều khiển gắn trên đèn: 01 chiếc- Triết áp kèm dây điều khiển bóng: 01 chiếc- Chụp đèn bảo vệ: 01 chiếc- Chân đế kèm bánh xe: 01 bộ- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ	Cái	10

		<p>2. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: 220V / 3A / 60Hz - Công suất: 250W - Thời gian điều trị: 60 phút - Chiều cao: 1,100mm – 1,750mm - Chiều rộng: 600mm ± 5% - Trọng lượng: ≥ 7 kg 		
2	Máy xoa bóp bằng áp lực hơi	<p>1. Cấu hình thiết bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 chiếc - Bao cuốn dành cho chi dưới (05 khoang): 02 chiếc - Điều khiển từ xa: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <p>2. Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều khiển: 7 phím cứng kèm điều khiển từ xa - Chế độ bóp: 3 chế độ - Thời gian: Hẹn giờ 15, 30 phút - Áp lực bóp: 1-8 mức lựa chọn áp lực (20 đến 520mmHg) - Cài đặt thời gian xả khí trong 3 cấp độ (4, 6 và 8 giây) - Điều chỉnh áp lực: Có - Khoang khí: ≥ 5 khoang khí trị liệu - Điện áp: AC 110~240V/50~60Hz - Rắc kết nối cảm biến (Nhận dạng bao cuốn khi kết nối), kèm vị trí khoang đang được bóp - Có thể lựa chọn điều trị từng khoang khí mong muốn. - Chỉ dẫn bằng LED trong quá trình hoạt động: Có - Lựa chọn khoang bóp: Có - Kích thước: ≥ 220x105 mm 	Cái	01

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thanh toán 1 lần sau khi hoàn thành các thủ tục bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác: Quý công ty vui lòng gửi Báo giá theo biểu mẫu gửi kèm yêu cầu báo giá này và các tài liệu liên quan đến sản phẩm (nếu có)./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KD.



Nguyễn Văn Kiểm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà, chúng tôibáo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1											
...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có))

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá

- Những thông tin nêu trên báo giá là trung thực.

....., ngàythángnăm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)